



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1025/2021

Em 31 de maio de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALÚSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 4459/2021 **de 07/06/2021 15:37**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 1741/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: Ger. Expediente

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1741/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, encaminhamos a inclusa cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 19 de maio de 2021

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: **Indicação nº 1741/2021 – indica a distribuição de maior quantidade de Face Shield (EPI – Protetor facial) e com formato anatômico mais apurado aos profissionais do CER Cyro Guedes Ramos - Guichê nº 023.268/2021**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em relação a qualidade do equipamento Face Shield, conforme orientações de prevenção e controle da ANVISA, Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, pag. 58 no item Óculos de Proteção ou Protetor de Face (FACE SHIELD), “*os protetores faciais devem cobrir frente e os lados do rosto sempre que houver risco de exposição do profissional em contato com secreções, respingos...*”, o que demonstra que o equipamento atende prontamente.

Ao realizar a licitação para aquisição dos protetores faciais, os servidores lotados na SME utilizaram as amostras do licitante vencedor por vários dias, comprovando a eficácia do equipamento.

Em relação a quantidade de Face Shield, foram entregues 33 unidades para o CER Cyro Guedes Ramos, sendo que na unidade temos 22 funcionários ativos no atendimento presencial, quantidade essa suficiente para atender a demanda.

Por fim, insta salientar que não houve nenhuma solicitação de reposição do Face Shield por parte da unidade escolar, além disso todas as unidades ainda possuem recurso PDDE Emergencial e recurso Municipal para aquisição de equipamentos complementares, se for oportuno e necessário.

Atenciosamente,

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação